

2018 -09- 2 0

Białystok, dnia

strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: zapytania ofertowego nr: ZP/WB/DO-120.263.102.2018

„Dostawa testów probówkowych i elektrod pH do aparatu Gerhardt Vapodest 50s. ”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający przekazuje treść pytań do Zapytania ofertowego nr **ZP/WB /DO-120.263.102.2018** wraz z odpowiedziami:

PYTANIE nr 1:

Testy VISOCOLOR ECO Azotany i Azotyny mogą być dostarczone w dwóch wersjach.


1. W wersji pełnej tj. odczynniki i akcesoria. Są to nr katalogowe: azotany 931 041 i azotyny 931 044.
2. W wersji jako samo uzupełnienie odczynników, co jest opcją tańszą. Są to wtedy: azotany 931 241 i azotyny 931 244.

W zapytaniu ofertowym napisano, że testy mają służyć kontynuacji badań.

Prosimy więc o wybór czy zaoferować testy w wersji pełnej czy jako uzupełnienie odczynników (bez akcesoriów takich jak skale barw i naczynia pomiarowe).

ODPOWIEDŹ nr 1:

Wystarczą nam zestawy uzupełniające. Naczynia pomiarowe i skala barw są nam zbędne.

Z-CIA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Małgorzata Kajurek

SPECJALISTA
Działu Zamówień Publicznych PB

mgr Magda Renczewska